




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 349 35 00 Fax. (041) 349 35 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji s.zak@zozmswiakielce.pl tel. 41 3493521

Znak sprawy: 11/PN/2018

Kielce, 29.06.2018 r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach BZP nr 578882-N-2018.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą „Pzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r.poz.1579).

1. Czy w pkt 12 Zestawienia parametrów wymaganych- granicznych pod pojęciem „odczynniki” Zamawiający ma na myśli mikrokarty?

Ad.1.Tak - zamawiający ma na myśli karty do mikrometody.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt 15 Zestawienia parametrów wymaganych- granicznych: „Przyłączenie aparatury do systemu informatycznego Eskulap-ocena możliwości (...)” nie doszło do omyłki pisarskiej, gdyż przedmiot dzierżawy, który stanowi aparatura do manualnej metody mikrokolumnowej (wirówki, inkubator, pipety, dozowniki) nie podłącza się (nie wpina się) do systemów informatycznych? Prosimy o skorygowanie bądź odstąpienie od powyższego wymogu.

Ad.2. Zamawiający odstępuje od wymogu wpięcia do systemu sprzętu Pozostaje zapis: Wszystkie oferowane produkty, sprzęt dotyczący systemu mikrokolumnowego oraz kontrola jakości od jednego producenta, zapewniające walidację metody

3. Ze względu na brzmienie pkt 18 Zestawienia parametrów wymaganych- granicznych: „Wirówki do mikrokart ze stałą prędkością wirowania na maximum 12 mikrokart”, prosimy o potwierdzenie, jakie ilości wirówek do mikrokart ze stałą prędkością wirowania na maximum 12 mikrokart wymaga Zamawiający jednej czy dwóch sztuk?

Ad.3. Zamawiający wymaga jednej wirówki do wirowania na maximum 12 mikrokart.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku „wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym”, która nie stanowi elementu systemu mikrokolumnowego, Zamawiający dopuszcza aby pochodziła od innego producenta niż wszystkie inne oferowane produkty, sprzęt i kontrola?

Ad.4. Zamawiający dopuszcza wirówkę laboratoryjną od innego producenta, gdyż nie stanowi ona elementu systemu mikrokolumnowego.

5. Czy ze względu na specyfikę i właściwości oferowanego asortymentu, w szczególności cykl produkcyjny wyrobów, Zamawiający dopuści, aby dostawy wymaganych produktów odbywały się cyklicznie, nie rzadziej niż 1x w m-cu, wg załączonego do oferty/dostarczanego co roku harmonogramu dostaw na dany rok, przy zagwarantowaniu możliwości dostaw pilnych „na cito” do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Ad.5. Zamawiający dopuszcza dostawy produktów cyklicznie, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem dostaw.

Zatwierdzam:

Z-CA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno - Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach

Jolanta Cygan